



## **Ata de Divulgação de Resultado**

Ref.: Cotação Prévia de Preço – Divulgação Eletrônica – Nº 01/2025 – Convênio Nº 969171/2024.

Item I – Máquina Unitarizadora de Medicamentos (01) Unidade;

Item II – Automação Imuno-histoquímica (01) Unidade;

Em concordância a Portaria Interministerial 424/2016, ao Decreto 6.170/2007, a Portaria 558/2019 e a Lei 8.666/1993. Segue resultado da Cotação Prévia de Preço – Divulgação Eletrônica – Nº 01/2025 – Convênio Nº 969171/2024 com o Parecer Técnico da Engenharia Clínica.

Os participantes do certame terão 03 (três) dias, a partir data de divulgação deste resultado, para interpor recurso. A divulgação estará disponível no site da Instituição, conforme endereço abaixo:

[www.aristidesmaltez.org.br/licitacoes](http://www.aristidesmaltez.org.br/licitacoes).

Salvador, 28 de julho de 2025.

MARIA ROMILDA TAVARES  
MALTEZ:18911730572

Assinado de forma digital por  
MARIA ROMILDA TAVARES  
MALTEZ:18911730572  
Dados: 2025.07.28 15:12:03 -03'00'

**Maria Romilda Tavares Maltez**  
Presidente

Salvador, 23 de julho de 2025.

**Sr. Claudinê Albertine**  
**Gestão de Contratos e Patrimônio.**

**COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇO Nº 01/2025**  
**CONVÊNIO Nº 969171/2024**

Prezado, venho por meio deste apresentar as avaliações das propostas entregues pelos fornecedores Mea Modul LTDA, Sisnac Produtos e Opuspac Indústria, referente a Máquina unitarizadora de Medicamentos e o fornecedor Biolab Brasil, referente ao equipamento de Automação para Imunohistoquímica.

**1- Máquina Unitarizadora de medicamentos:**

- MEA MODUL LTDA:** O modelo ofertado não atende ao edital, pois a estrutura do equipamento não contempla 4 rodízios, nem a quantidade mínima de abastecimento de 100 frasco-ampola;
- SISNAC PRODUTOS:** Apesar de atender as especificações do edital, o modelo ofertado apresenta risco à segurança do paciente, visto que a embalagem fornecida não é hermética, podendo expor os medicamentos à umidade e contaminação. Além disso, o valor do ribbon ofertado é superior ao atualmente praticado pela instituição, impactando significativamente na economicidade;
- OPUSPAC INDUSTRIA:** Oferta um equipamento que atende as especificações do edital, incluindo o fornecimento de embalagem hermética, essencial para a segurança e preservação dos medicamentos.

A seguir, a tabela para nortear a definição do equipamento a ser escolhido:

FORNECEDOR	VALOR	CLASSIFICADA?
MEA MODUL	R\$ 117.900,00	NÃO
SISNAC	R\$ 117.550,00	NÃO
OPUSPAC	R\$ 130.000,00	SIM

**Portanto, conforme as justificativas técnicas e considerando a conformidade com o edital, nos colocamos favoráveis à aquisição do modelo ofertado da empresa Opuspac, por garantir a segurança, atender aos critérios técnicos e pelo valor da proposta abaixo do valor de referência estabelecido.**

**2- Automação para Imunohistoquímica:**

- BIOLAB BRASIL :** Oferta um equipamento que atende as especificações do edital.

A seguir, a tabela para nortear a definição do equipamento a ser escolhido:

FORNECEDOR	VALOR	ATENDE AO EDITAL E O VALOR DE REFERÊNCIA?
BIOLAB BRASIL	R\$ 837.874,00	SIM

**Portanto, o equipamento do fabricante Epredia, modelo Autostainer está de acordo com as especificações e valor de referência do edital.**

Atenciosamente,



Thiago Dias de Souza  
Engenharia Clínica – Hospital Aristides Maltez  
**TECSAÚDE – ENGENHARIA HOSPITALAR**