Ata de Divulgação de Resultado

Ref. Cotação Prévia de Preço – Divulgação Eletrônica Nº 02/2026 Convênio Nº 979576/2025 – Ministério da Saúde

Lote Único – Central de Monitoração Para UTI / 10277 – 01 (uma) Quantidade

Em concordância a Portaria Interministerial 424/2016, ao Decreto 6.170/2007, a Portaria 558/2019 e a Lei 8.666/1993. Segue resultado da Cotação Prévia de Preço – Divulgação Eletrônica – Nº 02/2026 Convênio Nº 979576/2025 – Ministério da Saúde

Os participantes do certame terão 03 (três) dias, a partir data de divulgação deste resultado, para interpor recurso. A divulgação estará disponível no site da Instituição, conforme endereço abaixo:

www.aristidesmaltez.org.br/licitacoes

Salvador, 13 de Outubro de 2026.

MARIA ROMILDA TAVARES MALTEZ:18911730572
Assinado de forma digital por MARIA ROMILDA TAVARES MALTEZ:18911730572
Dados: 2026.10.13 10:23:12 -03'00'

Maria Romilda Tavares Maltez
Presidente

Salvador, 09 de outubro de 2026.

Ao Sr. Claudinê Albertine
Gestão de Contratos - HAM

Prezado, venho por meio deste apresentar o parecer técnico das propostas apresentadas para o Convênio nº 979576, Cotação Prévia de Preços nº 02/2026, referente à aquisição de 14 Monitores Multiparâmetros e 01 Central de Monitoração. A análise contemplou as propostas das empresa Prime Medical, Cirúrgica São Felipe e Protec.

Os equipamentos ofertados pela empresa Cirúrgica São Felipe não estão em conformidade. O edital estabelece: *"24h de análise de ECG com correção de intervalo QT"*. No entanto, não foi identificado no manual, comprovação suficiente que a função esteja implementada como uma função analítica contínua durante o período de 24 horas, e não apenas como armazenamento prolongado de forma de onda. Adicionalmente, o edital estabelece: *"Possibilidade futura de upgrade para monitoração de 12 (Doze) Derivações com cabo de 6 (Seis) Vias"*. No entanto, o manual do fabricante informa que a função de ECG de 12 derivações é obtida mediante cabo de 10 vias. Ressalto que a Cotação de Preço tem como objetivo o fornecimento de 14 unidades de Monitores Multiparâmetros e 01 Central de Monitoração. Todavia, a proposta apresentada contempla 07 unidades de Monitores Multiparâmetro e 01 Central de Monitoração, quantitativos que não corresponde as exigências do edital.

Com relação a proposta apresentada pela empresa Protec, verificou-se o não cumprimento, em razão da ausência da funcionalidade exigida no edital: *"Deve possuir protocolos de alerta precoce (Mews) e escala de coma de glascow incorporados"*.

Portanto, considerando as divergências técnicas e quantitativas nas propostas, a Engenharia Clínica manifesta parecer favorável a proposta apresentada pela empresa Prime Medical, uma vez que as especificações atende integralmente as exigências do edital.

TECSAÚDE Engenharia Hospitalar
Thiago Dias
Coordenador de Projetos

Thiago Dias de Souza
Engenharia Clínica – Hospital Aristides Maltez
TECSAÚDE – ENGENHARIA HOSPITALAR